


15B Xシリーズ  
データレコーダソフト

バージョン 4と  
旧バージョン3の互換性  
について

 ダックス技研株式会社

ホームページ

<http://www.dacs-giken.co.jp>

15B Xレコーダソフトは、新バージョン4より、データ分解能拡張のともない、計測データ保存形式が一部変更になっています。

計測ユニット 2005年8月までの出荷分

データ分解能拡張に未対応

計測ユニット 2005年9月以降の出荷分

データ分解能拡張に対応

- (1) バージョン4の計測ソフトでは、データ分解能を拡張した新しい計測ユニットと、バージョン3以前の計測ユニットとを自動的に識別して動作をします。  
バージョン3以前の計測ユニットを接続して使用した場合は、計測データの保存も、バージョン3以前の形式にて保存します。
- (2) バージョン3以前の計測ソフトにて保存したデータを、バージョン4の計測ソフトにて読み込むことができます。  
この場合は、バージョン3以前の計測ユニットを接続した状態か、計測ユニットを接続しない状態にて読み込みを行ってください。
- (3) バージョン3以前の計測ソフトでは、新しくデータ分解能を拡張した計測ユニットを動作させることはできません。
- (4) バージョン4の新しい計測ユニットにて保存したデータは、バージョン3以前の計測ソフトにて読み込むことはできません。

上記(3)(4)の場合は、計測ソフトをバージョン4に更新してご使用ください。  
また、新しい計測ユニットにて、計測データをバージョン3以前の保存形式とすることをご希望の場合は、お手数ですが、弊社宛にメールアドレスご連絡ください。対応したソフトをE-mail添付ファイルとしてお送りします。

なにとぞよろしくお願ひ申し上げます。